



RAPPORT D'ESSAIS N° / TEST REPORT #

2025 06 4389

N° client / Customer # :



Enregistrement du / Registration date : 21/06/2025
Date de collecte / Sample date : 20/06/2025

Version / Version : 1

Echantillon N° / Sample # : 225 06 08945

Informations fournies par le client / Informations provided by the customer :

MILLEPERTUIS - PLASTIMEA



Analyse à réception
Famille: Microbio Pack Pharmacopée

Code Echantillon : 4

Analyses / Analysis	Résultats / Results	Dates d'analyses Dates of testing	Critères / Criteria	Méthodes / Methods
Levures et moisissures à 25°C en UFC/g*	LEV : <1 000 , MOIS : <1 000	21/06/2025	CDC client : 10 000 /g (max 50 000 /g)	BKR 23/11-12/18
Escherichia coli à 44°C- Recherche par g	NON DETECTE	21/06/2025	CDC client : Non Détecté /g	NF EN ISO 16649-3 : Méthode de recherche
Salmonelles recherche dans 25 g * Salmonella in 25 g	NON DETECTE	21/06/2025	CDC client : Non Détecté /25g	BRD 07/06-07/04
Entérobactéries présumées à 30°C en UFC/g* Suspected enterobacteria at 30°C in CFU/g	<1 000	21/06/2025	CdC client : 10 000 /g	NF V08-054
Micro-organismes à 30°C en UFC/g* Microorganisms at 30°C in cfu/g	<10 000	21/06/2025	CDC client : 100 000 /g (max 500 000 /g)	NF EN ISO 4833-1

Conformité échantillon à réception : oui

CONCLUSION apportée sur les paramètres analysés
et apposée sans tenir compte des incertitudes de mesure
QUALITE MICROBIOLOGIQUE SATISFAISANTE

Y. Gobin , Directeur Technique
Technical Director