



RAPPORT D'ESSAIS N° / TEST REPORT

N° client / Customer # :

7464

Enregistrement du / Registration date : 25/06/2025

Date de collecte / Sample date : 24/06/2025

Version /Version : 1

Echantillon N° / Sample # :



Informations fournies par le client / Informations provided by the customer :

VITAMINE D3 - PLASTIMEA - LOT

- DDM 05/2027

Analyse à réception
Famille: Microbio Pack Pharmacopée

Code Echantillon : 2

Analyses / Analysis	Résultats / Results	Dates d'analyses Dates of testing	Critères / Criteria	Méthodes / Methods
Levures et moisissures à 25°C en UFC/g*	LEV : <1 000 , MOIS : <1 000	25/06/2025	CDC client : 10 000 /g (max 50 000 /g)	BKR 23/11-12/18
Escherichia coli à 44°C- Recherche par g	NON DETECTE	25/06/2025	CDC client : Non Détecté /g	NF EN ISO 16649-3 : Méthode de recherche
Salmonelles recherche dans 25 g * Salmonella in 25 g	NON DETECTE	25/06/2025	CDC client : Non Détecté /25g	BRD 07/06-07/04
Entérobactéries présumées à 30°C en UFC/g* Suspected enterobacteria at 30°C in CFU/g	<1 000	25/06/2025	CdC client : 10 000 /g	NF V08-054
Micro-organismes à 30°C en UFC/g* Microorganisms at 30°C in cfu/g	<10 000	25/06/2025	CDC client : 100 000 /g (max 500 000 /g)	NF EN ISO 4833-1

Conformité échantillon à réception : oui

**CONCLUSION apportée sur les paramètres analysés
et apposée sans tenir compte des incertitudes de mesure
QUALITE MICROBIOLOGIQUE SATISFAISANTE**

Y. Gobin , Directeur Technique
Technical Director